

AO
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.06.24.01 PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 062/2024 SAÚDE

CARTA PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.
CNPJ: 62.413.869/0001-15 I.E. 582.245.178/115
ENDEREÇO: RUA MARTINS PENA, 93 – CAMPOS ELÍSEOS – CEP: 14080-620.
RIBEIRÃO PRETO/SP - **TEL/FAX:** (16) 3969-1000 - **E-MAIL:** licitacao@gigante.com.br

DADOS DA REPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME: ÉRICA VERNILE PEREIRA VEZONO
NACIONALIDADE: BRASILEIRA **ESTADO CIVIL:** CASADA
PROFISSÃO: EMPRESÁRIA **RG.** 18.294.531-5 **SSP/SP** **CPF** nº. 138.771.588-70
ENDEREÇO COMPLETO: RUA ORLÂNDIA, 118 - JARDIM PAULISTA – CEP: 14090-240.
RIBEIRÃO PRETO/SP **TELEFONE PARA CONTATO:** (16) 99758-8472
E-MAIL: licitacao@gigante.com.br

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: DO BRASIL N° 001 / **AGÊNCIA:** 2890-8 / **CONTA CORRENTE:** 101253-3

LOTE 05

ITEM	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	<p><u>BERÇO AQUECIDO</u></p> <p>BERÇO AQUECIDO GRN – MODELO NEOSOLUTION Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Sistema de auto-teste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. Informa o modo de operação atual do equipamento: "MODO MANUAL" (NÍVEL DE POTÊNCIA CONTROLADO), "MODO RN" (ITC - TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), "MODO PRAQUECIMENTO" ou "MODO MÃE CANGURU". Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico</p>	01	UNID.	Gigante Recém Nascido	R\$ 14.300,00 (Catorze mil e trezentos reais)	R\$ 14.300,00 (Catorze mil e trezentos reais)

<p>radiotransparente com laterais rebativeis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi, mobilidade através de rodízios de 4" com freios e para-choque. Display a LED e LCD para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apgar incorporado; Indicação através de leds no painel e posicionado em local alto a frente da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes. Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de Hipotermia, Hipotermia, Temperatura do RN Alta (servo controle), Sensor RN Desconectado, Sensor de RN Desalojado, Falha no Sensor de RN, Falta de Energia, Aquecedor Deslocado, Falha no Aquecimento, Erro de Sistema, e aquecimento excessivo no modo Manual e RN, Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. Alimentação: Bivolt Automático (127V/220V) - 50/60Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha o equipamento: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos, haste para suporte de soro, sensor de pele, foco de luz fria para procedimentos, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos e alça para locomoção. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 - Norma Colateral: Usabilidade; ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010 - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos; ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 - Norma Colateral: Prescrições para um projeto e corresponsável; ABNT NBR IEC 60601-2-21:2013 - Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de aquecedores radiantes para recém-nascidos; ABNT NBR IEC 60601-2-50:2010 - Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial do equipamento de fototerapia para recém-nascido. Registro ANVISA-MS Nº 102287.40032</p>					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 14.300,00 (ATORZE MIL E TREZENTOS REAIS)					

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.



Declaramos nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Declaramos como fabricante que nos obrigamos a cumprir todas as condições e prazo fixados pela CONTRATANTE, assim como a observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável e a favorecer e garantir a qualidade do objeto.

Declaramos como fabricante que possuímos assistência técnica autorizada no estado do Ceará, apta a prestar manutenção preventiva e corretiva, durante e após o período da garantia, sendo abaixo indicada:

**BIOFORS MEDICAL COM. E SERV. DE EQUIP
MED E HOSPITALARES LTDA**

Contato: Sra. Nieves
Rua: Polônia, 303 - Parangaba
CEP: 60710-500 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3232-1523 / (85) 3232-2545
Cel: (85) 98778-2640 (Sra. Nieves)
Cel: (85) 8778-2641 (Mauricélio)
Email: comercial@biofors.com.br; nieves@biofors.com.br

CONDIÇÕES GERAIS:

Prazo de entrega: Conforme edital;
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias, conforme edital;
Garantia: 12 (doze) meses, nas condições do edital;
Frete: Incluso;
Procedência: Nacional

Ribeirão Preto, 15 de julho de 2024.

ERICA
VERNILE
PEREIRA
VEZONO: 13
877158870

Assinado de
forma digital
por ERICA
VERNILE
PEREIRA
VEZONO: 13877
158870

Gigante Recém Nascido LTDA.
Érica Vernile Pereira Vezono
RG. 18.294.531-5-SSP/SP
CPF. 138.771.588-70

